



232312341481

统一社会信用代码:	91510100577361679K
项目编号:	CDSHCJCJSYXGS13767-0001

检测报告

报告编号 A2210054131188C

第 1 页 共 4 页

项目名称 2024 年 1 月检测

委托单位 仁寿川能环保能源有限公司

委托单位地址 仁寿县宝马镇高照村 7 社

检测类别 委托检测

报告日期 2024 年 01 月 18 日

成都市华测检测技术有限公司

检验检测专用章

No. 300409CCFD

报 告 说 明

报告编号: A2210054131188C

第 2 页 共 4 页

1. 本报告不得涂改、增删, 无签发人签字无效。
2. 本报告无检验检测专用章、骑缝章无效。
3. 未经 CTI 书面批准, 不得部分复制检测报告。
4. 本报告未经同意不得作为商业广告使用。
5. 本报告只对本次采样/送检样品检测结果负责, 报告中所附限值标准均由客户提供, 仅供参考。
6. 除客户特别申明并支付样品管理费, 所有超过标准规定时效期的样品均不再做留样。
7. 对本报告有疑议, 请在收到报告 10 个工作日内与本公司联系。

成都市华测检测技术有限公司

联系地址: 成都市高新区新盛路 32 号

邮政编码: 610041

电话: 028-85325707

传真: 028-86283211

编 制:

熊洪燕

签

发:

王勇

审 核:

唐甜

签发人姓名/职务:

王勇/实验室负责人

采 样 地 址:

仁寿县宝马镇高照村 7 社

签 发 日 期:

2024/01/18

检测结果

报告编号: A2210054131188C

第 3 页 共 4 页

表 1 稳定化处理后飞灰（二噁英类）

样品信息						
采样日期		2024.01.09		检测日期		2024.01.09~16
检测结果						单位: ng TEQ/ kg
检测点位置	检测项目	样品状态	毒性当量（TEQ） 质量分数		生活垃圾填埋场 污染控制标准 GB 16889-2008 6.3（2）	
飞灰暂存间	二噁英类	灰色、颗粒、臭	2.7		<3×10 ³	
附:						
检测点位置	检测项目		实测质量分数 ng/kg	毒性当量(TEQ)质量分数		样品 检出限 ng/kg
				I-TEF	ng/kg	
飞灰暂存间	多氯代二苯并呋喃	2,3,7,8-T ₄ CDF	ND	0.1	0.015	0.3
		1,2,3,7,8-P ₅ CDF	ND	0.05	0.018	0.7
		2,3,4,7,8-P ₅ CDF	ND	0.5	0.25	1
		1,2,3,4,7,8-H ₆ CDF	ND	0.1	0.050	1
		1,2,3,6,7,8-H ₆ CDF	ND	0.1	0.035	0.7
		2,3,4,6,7,8-H ₆ CDF	ND	0.1	0.050	1
		1,2,3,7,8,9-H ₆ CDF	ND	0.1	0.050	1
		1,2,3,4,6,7,8-H ₇ CDF	ND	0.01	0.0035	0.7
		1,2,3,4,7,8,9-H ₇ CDF	ND	0.01	0.0050	1
	O ₈ CDF	ND	0.001	0.0015	3	
	多氯代二苯并对二噁英	2,3,7,8-T ₄ CDD	ND	1	0.15	0.3
		1,2,3,7,8-P ₅ CDD	1.4	0.5	0.70	1
		1,2,3,4,7,8-H ₆ CDD	2.9	0.1	0.29	0.7
		1,2,3,6,7,8-H ₆ CDD	3.6	0.1	0.36	0.7
		1,2,3,7,8,9-H ₆ CDD	5.6	0.1	0.56	0.7
		1,2,3,4,6,7,8-H ₇ CDD	16	0.01	0.16	1
		O ₈ CDD	24	0.001	0.024	2
	二噁英类总量		---	---	2.7	---
注：1.毒性当量因子（TEF）：采用国际毒性当量因子 I-TEF 定义。						
2.“ND”表示检测结果小于检出限，使用样品检出限的 1/2 计算毒性当量（TEQ）质量分数。						
结论：						
参照《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB 16889-2008） 6.3（2）标准，本次检测时段内二噁英类检测项目符合该参照标准限值要求。						

检 测 结 果

报告编号: A2210054131188C

第 4 页 共 4 页

表 2 检测方法及主要仪器信息

稳定化处理后飞灰			单位: ng/kg
检测项目	检测方法与方法来源	检出限	主要仪器 (名称、型号及编号)
二噁英类	固体废物 二噁英类的测定 同位素稀释高分辨气相色谱-高分辨质谱法 HJ 77.3-2008	/	磁质谱仪 AutoSpec Premier (TTE20151719)

注：二噁英类检验检测地址为成都市高新区新盛路 16 号。

报告结束